

## نموذج وصف الوحدة نموذج وصف المادة الدراسي كلية الهندسة / قسم الطب الحياتي



معلومات الوحدة							
معلومات المادة الدراسية							
عنوان الوحدة	Ž	أجهزة طبية علاجيا				تسليم الوحدة	
نوع الوحدة		أساسي				نظریه 🏿	
رمز الوحدة		WBM-42-05			عاضر ⊠		
ائتماثات ECTS		8			المختبر ⊠ تعليمي □		
/ ساعة) SWL (SEM				□ الدراسيه □			
	مستوى الوحدة	3		مليم	الفصل الدراسي للتس	2	
	قسم الإدارة	الطب الحياتي	الكليه			الهندسة	
قائد الوحدة		حيدر عبد العزيز يوسف	البريد الالكترون <i>ى</i>		Hayder	.ab@uowa.edu.iq	
	لقب قائد الوحدة	مدرس دكتور		i	مؤهلات قائد الوحدة	دكتوراة	
مدرس الوحدة			البريد الالكترون <i>ى</i>				
	اسم المراجع النظير	اسم	البريد الالكترون <i>ي</i>			البريد الالكتروني	
تاريخ اعتماد اللجنة العلمية		26/9/2024	رقم الإصدار		1.0		

العلاقة مع الوحدات الأخرى العلاقة مع المواد الدراسية الأخرى					
وحدة المتطلبات الأساسية	لايوجد	الفصل الدراسي			
وحدة المتطلبات المشتركة	لايوجد	الفصل الدراسي			

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية أهداف المادة الدر اسية ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية					
أهداف الوحدة أهداف المادة الدر اسية	<ul> <li>1. تحسين الرعاية الصحية: توفير حلول لتحسين الرعاية الصحية والتشخيص الدقيق.</li> <li>2. تقليل الألم والتعافي: تقليل الألم وتحسين عملية التعافي للمرضى.</li> <li>3. تحسين الجودة الحياتية: تحسين جودة الحياة للمرضى من خلال توفير حلول علاجية فعالة.</li> <li>4. تقليل التكاليف: تقليل التكاليف الطبية من خلال توفير حلول فعالة وموفرة.</li> </ul>				
مخرجات التعلم للوحدة	1 . فهم مبادئ تصميم الأجهزة الطبية. 2 . القدرة على تحليل وتقديم حلول لتحسين الرعاية الصحية.				
مخرجات التعلم للمادة الدراسية	2 . السرة على تصين وتسيم مسون مستسين الرحية المستسين . 3 . فهم تقنيات التشخيص والعلاج الطبية. 4 . القدرة على تطوير أجهزة طبية متقدمة.				
المحتويات الإرشادية المحتويات الإرشادية	<ol> <li>مقدمة في الأجهزة الطبية</li> <li>مبادئ تصميم الأجهزة الطبية</li> <li>أنظمة التشخيص الطبية (الأشعة، الموجات الصوتية، التصوير بالرنين المغناطيسي)</li> <li>أجهزة العلاج الطبية (أجهزة القلب، أجهزة التنفس، أجهزة الكلى)</li> <li>معايير الأمان والجودة في الأجهزة الطبية</li> </ol>				

استراتيجيات التعلم والتعليم استراتيجيات التعلم والتعليم					
استراتيجيات	<ul> <li>1. نظرية تصميم الأجهزة الطبية: در اسة مبادئ التصميم و التشغيل.</li> <li>2. نظرية التشخيص الطبية: در اسة تقنيات التشخيص.</li> <li>3. نظرية العلاج الطبية: در اسة تقنيات العلاج.</li> <li>4. نظرية الأمان والجودة: در اسة معايير الأمان والجودة.</li> </ul>				
(SWL) عبء عمل الطالب الحمل الدر اسى للطالب محسوب لـ ١٥ اسبوعا					
(h / sem) منظم SWL الحمل الدر اسى المنتظم للطالب خلال الفصل		40	منظم (ح/ث) SWL الحمل الدر اسي المنتظم للطالب أسبو عيا	4	
نظم SWL للمنتظم للطالب خلال الفصل	(h / sem) غير م الحمل الدراسي غير	35	غير منظم (ح / ث) SWL الحمل الدر اسي غير المنتظم للطالب أسبو عيا	4	
إ <b>جمالي</b> أي للطالب خلال الفصل	SWL (h / sem) الحمل الدر اسي الكا			75	

<b>تقييم الوحدة</b> تقييم المادة الدر اسية						
نتانج التعلم ذات الصلة الأسبوع الوزن (بالعلامات) الوقت/الرقم مثل						
	مسابقات	2	10% (10)	5, 10	و 2 و 10 و 11 # LO #	
التقييم التكويني	تعيينات	2	10% (10)	2, 12	و 4 و 6 و 3 7 # LO	
	المختبر/المشاريع	1	10% (10)	مستمر	کل	
	تقرير	1	10% (10)	13	و 8 و 10 # 5 LO	
1-: 11 2-11	الامتحان النصفي	س 2	10% (10)	7	LO # 1-7	
التقييم الختامي	الإمتحان النهائي	ساعة 2	50% (50)	16	کل	
(درجة 100)٪ 100 التقييم الإجمالي						

	خطة التسليم (المنهج الأسبوعي) المنهاج الاسبوعي النظري
أسبوع	المواد المغطاة
الأسبوع 1	
الأسبوع 2	
الأسبوع 3	
الأسبوع 4	
الأسبوع 5	
الأسبوع 6	
الأسبوع 7	
الأسبوع 8	
الأسبوع 9	
اسبوع 10	
الأسبوع 11	
الأسبوع 12	
اسبوع 13	
اسبوع 14	
اسبوع 15	
اسبوع 16	

<b>مصادر التعلم والتعليم</b> مصادر التعلم والتدريس				
	نص	متوفر في المكتبة؟		
النصوص المطلوبة	leipencotts، من قبل (طبعات 8)السريرية للكيمياء الحيوية ،	نعم		
النصوص الموصى بها		نعم		
المواقع الإلكترونية				

				مخطط الدرجات			
	مخطط الدرجات						
مجموعة	درجة	التقدير	(٪) العلامات	تعريف			
	ممتاز - أ	امتياز	90 - 100	أداء متميز			
-1-*11 7-	جيد جدا <b>- ب</b>	جيد جدا	80 - 89	فوق المتوسط مع بعض الأخطاء			
مجموعة النجاح (100 - 50)	جيد - ج	ختر	70 - 79	عمل سليم مع أخطاء ملحوظة			
(50 100)	مرضية <b>- د</b>	متوسط	60 - 69	عادل ولكن مع أوجه قصور كبيرة			
	كافية <b>- ه</b>	مقبول	50 - 59	العمل يفي بالحد الأدنى من المعايير			
فثىل المجموعة	فشل - FX	راسب (قيد المعالجة)	(45-49)	مطلوب المزيد من العمل ولكن الائتمان الممنوح			
(0 – 49)	فشل - F	راسب	(0-44)	كمية كبيرة من العمل المطلوب			

سيتم تقريب العلامات التي تزيد المنازل العشرية عن 0.5 أو تقل عن العلامة الكاملة الأعلى أو الأدنى (على سبيل المثال ، سيتم تقريب :ملاحظة ، لذا فإن التعديل الوحيد "لدى الجامعة سياسة عدم التغاضي عن "فشل المرور الوشيك .علامة 54.5 إلى 55 ، بينما سيتم تقريب علامة 54.4 إلى 54 ، على العلامات الممنوحة بواسطة العلامة (العلامات) الأصلية سيكون التقريب التلقائي الموضح أعلاه